

**ANEXO I**  
**COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS-DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA**  
**Nº 026/2017 – SCMCI**

| LOTE 01              |     |     |   |           |             |
|----------------------|-----|-----|---|-----------|-------------|
| ITEM                 | QTD | UND | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNT | VALOR TOTAL |
| 01                   | 13  | UND | <p><b>Oxímetro de Pulso:</b> Equipamento para monitorar os parâmetros cardíacos e saturação do paciente através de gráfico de tendências.<br/>Desempenho: Fornecer parâmetros de batimento cardíaco e SPO2, com fácil visibilidade em display moderno; que apresente faixa de medição mínima de 80 a 99% de SPO2; Precisão para medição entre 80 e 99%: máximo <math>\pm 2\%</math>. Medição de batimento cardíaco: Medição de 30 a 240 bpm; Precisão de <math>\pm 2</math> bpm;<br/>Características: Deve ser confeccionado em material resistente, compacto, leve, preciso: Deve apresentar base, alça para transporte, cabo de força, tela com no mínimo 5 polegadas, apresentar curvas em ondas pletismográficas; conter os seguintes alarmes: indicador de sensor desconectado, SPO2 baixa. Peso entre de 3 á 4 kg; apresentar gráfico das tendências, com capacidade de memória para até 24 horas. Alimentação Elétrica: 127V / 60 Hz; Bateria recarregável.<br/>Acessórios: Um (01) sensor de SPO2 reutilizáveis, tipo clip ou "boca de sapo", para uso adulto: Cabos de força do tipo padrão ABNT (3 PINOS) para alimentação na rede elétrica; Bateria interna recarregável. "EQUIPAMENTO TIPO PALM OU HAND-HELD, COM BASE DE CARREGAMENTO MÓVEL, NÃO SÃO CARACTERIZADOS OXÍMETRO DE MESA."</p> |           |             |
| <b>TOTAL LOTE 01</b> |     |     |   |           |             |
| LOTE 02              |     |     |   |           |             |
| ITEM                 | QTD | UND | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNT | VALOR TOTAL |
| 02                   | 10  | UND | <p><b>Suporte de Soro:</b> Estrutura tubular totalmente em aço inoxidável, base em forma de H, pés com rodízios de 2", altura regulável por mandril, haste em inox com 4 ganchos, acabamento polido.<br/>Dimensões aproximadas: altura máxima 2,50m x altura mínima 1,70m.</p>  |           |             |
| <b>TOTAL LOTE 02</b> |     |     |   |           |             |
| LOTE 03              |     |     |   |           |             |
| ITEM                 | QTD | UND | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNT | VALOR TOTAL |
| 03                   | 20  | UND | <p><b>Escada com 2 degraus:</b> MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL</p>   |           |             |
| <b>TOTAL LOTE 03</b> |     |     |   |           |             |

O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus,  
se antecipa ao infeliz sem esperar que lhe estenda a mão.



Rua Dr. Raulino de Oliveira, 67 - Centro  
Cx. Postal 45 - CEP 29300-150  
Cachoeiro de Itapemirim - ES  
28 2101-2121 · 28 2101-2126 · 2101-2146

[www.santacasacachoeiro.org.br](http://www.santacasacachoeiro.org.br)  
[diretoria@santacasacachoeiro.org.br](mailto:diretoria@santacasacachoeiro.org.br)

O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus,  
se antecipa ao infeliz sem esperar que lhe estenda a mão.