

**ATA DE JULGAMENTO**  
**PROCESSO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA DE Nº. 10/2017**  
**CONVÊNIO MS SOB Nº. 799670/2013**

A equipe da Comissão Permanente de Licitação reuniu-se no dia 05/04/2017, para análise da proposta enviada referente ao processo de cotação eletrônica de nº. 10/2017, que contempla 1 (um) lote para a compra de equipamentos permanentes para o atendimento a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, localizado na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Presentes: Pregoeiro da Instituição o Sr. Tonny Correa Machado e equipe de apoio.

Análise:

Lote 1: Aparelho de Raio X Fixo

Propostas:

MAPA DE PROPOSTAS DE PREÇOS - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 10/2017							
Lote	Fornecedor	Equipamento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Aprovado TR	Classificação
1	Sawae Tecnologia Ltda	Aparelho de Raio X - Fixo	1	72.000,00	72.000,00	150.000,00	Desclassificada
	Shimadzu do Brasil Comércio Ltda		1	99.500,00	99.500,00		Desclassificada
	Lotus Indústria e Comércio Ltda		1	79.990,00	79.990,00		Desclassificada
	Ge Healthcare do Brasil Com e Serviços para Equip Hosp Ltda		1	149.500,00	149.500,00		Vencedor

A empresa vencedora foi a GE Healthcare do Brasil Comércio e Serviços para Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda, portadora do CNPJ sob nº. 00.029.372/0006-55, no valor total de **RS 149.500,00** (cento e quarenta e nove mil e quinhentos reais), o valor se encontra dentro do termo de referência aprovado no Ministério da Saúde e as especificações técnicas foram aprovadas atendendo por completo o descritivo informado no termo de referência. **Portanto o processo está adjudicado.**

As empresas foram desclassificadas, por não atenderem por completo o descritivo do edital, a saber:

**Sawae Tecnologia Ltda.**

1)Edital Solicita: 40 a 600Ma -- Proposta: 80 a 630Ma

2)Edital Solicita: Seleção de tempo: 0.002 a 6.3 segundos -- Proposta: 0.005 a 6.25

**Shimadzu do Brasil Comércio Ltda**

1)Edital Solicita: Capacidade de armazenamento calórico do anodo de 150KHU -- Proposta: 140KHU

2)Edital Solicita: Seleção de Voltagem: 40 a 150KV -- Proposta: 40 a 125KV

**Lotus Indústria e Comércio Ltda**

1)Edital Solicita: Capacidade de armazenamento calórico do anodo de 150KHU -- Proposta: 140KHU

2)Edital Solicita: Seleção de tempo: 0.002 a 6.3 segundos -- Proposta: 0.004 a 6.30

**Resultado:**

Parabenizo a vencedora:

GE Healthcare do Brasil Comércio e Serviços para Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda: LOTE: 1  
Cachoeiro de Itapemirim, ES, 05 de Abril de 2017


Processo segue para Homologação da autoridade competente.

Eu, Evaldo Praça Ferreira, Superintendente e respondo como autoridade competente na ausência do Sr. Presidente. Homologo o processo mediante adjudicações acima.

Cachoeiro de Itapemirim, ES, 10 de Abril de 2017

  
Tonny Correa Machado

Pregoeiro SCMCI

  
Evaldo Praça Ferreira  
Superintendente