

### Ata da Comissão de Licitação

Aos Dezessete dias do mês de Março do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada através da Portaria nº. 001/2016, de 11 de Agosto de 2016, para analisar o pedido de esclarecimento da empresa Shimadzu do Brasil Comércio Ltda, enviada por email no dia 16/03/2017, pela COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA Nº 010/2017, cujo objeto é a Contratação de Pessoa Jurídica para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 (UM) Aparelho de Raio X Fixo (Até 800ma), para atender as necessidades da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Abaixo os pontos levantados:

1) Edital solicita:

Gerador com potência de 50Kw:

A empresa: Sugerimos alterar para: Gerador com potência de 40kW ou superior.

**Resposta da Comissão: A solicitação de 50kw visa assegurar alta qualidade de imagem aos menores níveis de radiação. Portanto manteremos.**

2) Edital solicita:

Ajuste de tensão de 40 a 150kV:

A empresa: Sugerimos alterar para: Ajuste de tensão de 40 a 125kV ou superior.

**Resposta da Comissão: A solicitação de 40 a 150kv visa melhor controle de contraste mesmo em pacientes de maior massa corpórea. Portanto manteremos.**

3) Edital solicita:

Seleção de corrente (mA) de 10 A 800mA:

A empresa: Sugerimos alterar para: Seleção de corrente (Ma) de 40 a 600mA ou superior.

**Resposta da Comissão: Esse parâmetros já se permite maior nitidez da imagem. Portanto aceitaremos a alteração.**

4) Edital Solicita:

Porta chassis com grade estacionária de 78 pares de linhas/centímetro ou oscilante de 43 pares de linhas/centímetro.

A empresa: Sugerimos alterar para: Porta chassis com grade estacionária de 78 pares de linhas/centímetro ou oscilante de 40 pares de linhas/centímetro ou superior

**Resposta da Comissão: A solicitação de 78npares de linhas/centímetro visa assegurar alta compatibilidade com sistemas CR. Portanto manteremos.**



5) Edital Solicita:  
Porta chassis de até 43x43cm.

A empresa: Sugerimos alterar para: Porta chassis de 35x43cm ou superior.

**Resposta da Comissão: A solicitação de comportar chassis de até 43 x 43 cm visa maior cobertura das dimensões de chassis disponíveis no mercado. Portanto manteremos.**

6) Edital solicita:  
Pontos Focais de 0.6 e 1.2mm.

A empresa: Sugerimos alterar para: Pontos Focais com faixas entre 1 e 2mm

**Resposta da Comissão: A solicitação de filtros 0,6 e 1,2 visa maior nitidez de imagem. Portanto manteremos.**

7) Edital solicita:  
Capacidade de armazenamento calórico do anodo de 150KHU.


A empresa: Sugerimos alterar para: Capacidade de armazenamento calórico do anodo de até 140khu ou superior.

**Resposta da Comissão: A solicitação de 150khu visa assegurar robustez, maior tempo de vida útil e alta produtividade. Portanto manteremos.**

8) Edital solicita:  
Porta chassis com grade estacionária de 78 pares de linhas/centímetros ou oscilante de 43 pares de linhas/centímetros.

A empresa: Sugerimos alterar para: Porta chassis com grade estacionária de 78 pares de linhas/centímetro ou oscilante de 40 pares de linhas/centímetro ou Superior.

**Resposta da Comissão: A solicitação de 78 pares de linhas/centímetro visa assegurar alta compatibilidade com sistemas CR. Portanto manteremos.**



Tony Correa Machado  
Pregoeiro SCMCI