

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 28 de Abril de 2015.

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2015

Conforme a Ata da Reunião do dia 17/04/2015, na qual deliberada o item julgado na licitação para a continuidade dos trabalhos. Comissão Presentes: Pregoeira – Nilzete Santos de Souza Damaceno / Advogado - Eliano Pinheiro Silva / Equipe de apoio: – Hipólito Matheus Vazzoler e Alcenir Sanches Bernardo. **Item 1 – Autoclave Hospitalar Horizontal (acima 350 litros):** O preço máximo admitido pelo hospital é no valor de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) e foi declarada vencedora em Ata a empresa: CisaBrasile Ltda, no valor de R\$ 198.300,00 (cento e noventa e oito mil, trezentos reais). As empresas: Ortosintese Ind. e Comércio Ltda e Sercon Ind. e Comércio Hosp. Ltda, manifestaram a intenção do recurso e a comissão solicitou que sejam protocolados em até 3 (três) dias úteis, onde o prazo se esgotou em 23/04/2015.

A empresa Ortosintese Ind. e Comércio Ltda, protocolou o seu pedido de recurso em tempo hábil, conforme edital. Foram encaminhadas a todas as licitantes para apresentar as contrarrazões, em igual período. A empresa CissaBrasile apresentou suas contrarrazões tempestivamente, e para conhecimento foram encaminhadas por email à todos os licitantes.

A Comissão Permanente de Licitação, decidiu:

A empresa Ortosintese afirmou que enviou um email no dia 10/04/2015, para o pregoeiro e não obteve resposta ao seu questionamento. O pregoeiro informou que não recebeu o email e portanto não há confirmação de recebimento. O recurso da Ortosintese, protocolado tempestivamente, foi analisado pela equipe técnica e jurídica e se encontra improcedente pelo fato que a proposta apresentada durante o certame como tubulação construída totalmente em cobre e latão e também não informou o volume efetivo “litros”. Sendo que o edital solicita tubulação em aço inoxidável, e volume efetivo aproximadamente 500 litros.

O anexo II - descritivo edital é bem claro, como segue:


Equipamento esterilizador horizontal automático para esterilização por vapor saturado de alta temperatura e com as seguintes características técnicas: Volume nominal da câmara interna deverá ser de aproximadamente 700 litros e volume efetivo deverá ser de aproximadamente 500 litros. Sistema hidráulico construído totalmente em aço INOX. Tubulações e componentes referenciadas na Norma Brasileira da ABNT NBR 11.816:2003.

Informamos aos interessados que manteremos o resultado da Licitação ocorrida em 17/04/2015 como vencedora a empresa CissaBrasil Ltda.

Solicitamos que a empresa vencedora, envie por email em caráter de urgência a proposta com valor adjudicado para dar andamento ao processo.

Portanto está adjudicado e encaminhado para Homologação da autoridade competente.

Item 1 – Autoclave Hospitalar Horizontal (acima 350 litros): declarada vencedora e adjudicada em Ata a empresa: CisaBrasile Ltda, no valor de R\$ 198.300,00 (cento e noventa e oito mil, trezentos reais). Os envelopes lacrados da Habilitação das empresas Sercon,





Ortosintese e Baumer, estão à disposição para recolhimento no setor de Captação de Recursos no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após serão incinerados.

Atenciosamente,


Dr^a. Nilzete Santos de Souza Damaceno
Pregoeira Oficial - SCMCI