

**ATA DE JULGAMENTO
PROCESSO DE EDITAL DE COTAÇÃO ELETRÔNICA DE Nº. 02/2020
CONVÊNIO MS SOB Nº. 850517/2017.**

A equipe da Comissão Permanente de Licitação, reuniu-se no dia 30/01/2020, para análise das propostas, referente ao processo de cotação eletrônica de nº. 02/2020, que contemplam 2 (lotes) para a compra de equipamentos permanentes para o atendimento as necessidades do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, localizado na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Presentes: Sr. Pregoeiro: Genivaldo Dalmazio e sua equipe de apoio, para análise técnica das propostas recebidas: Dr. Rogério Pacheco e Dr. Tiago Fernandes Nora.

Análises:

MAPA DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - EDITAL - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 02/2020								
Lote	Fornecedor	Equipamento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Aprovado TR	Marca/Modelo	STATUS
1	Proibras Ltda Epp	Ultrassom Diagnóstico Transcraniano	1	185.860,00	185.860,00	215.000,00	Doppler Box X	Vencedor
2	MedShop Comércio de Produtos Médicos Ltda	Cardioversor	2	19.593,00	39.186,00	40.000,00	Mindray - Beneheard D3	Vencedor
	Instramed Indústria Médico Hospitalar Ltda			18.000,00	36.000,00		Cardiomax	Desclassificado
	Philips Medical Systems Ltda			19.683,00	39.366,00		Efficia - DFM100	
	Manancial Produtos Médicos Me			19.950,00	39.900,00		Cmos Drake - Vivo	
	DC Herat Desfibriladores e Sistemas Médicos Ltda			17.250,00	34.500,00		Cmos Drake	Desclassificado

Lote 1: Ultrassom Diagnóstico Transcraniano: O processo recebeu 1 (uma) proposta. Assim, a empresa vencedora, por ofertar o menor preço foi a Proibras Ltda EPP, portadora do CNPJ sob nº. 05.235.633/0001-00, no valor total de **R\$ 185.860,00** (Cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e sessenta reais), o valor e as especificações do equipamento encontram-se em conformidade com o termo de referência aprovado no Ministério da Saúde. Na parte documentação não há pendência. **Portanto está adjudicado.**

Lote 2: Cardioversor: O processo recebeu 5 (cinco) propostas. Assim, a empresa vencedora, por ofertar o menor preço foi a MedShop Comércio de Produtos Médicos Ltda, portadora do CNPJ sob nº. 39.309.927/0001-43, no valor total de **R\$ 39.186,00** (Trinta e Nove mil, cento e oitenta e seis reais), o valor e as especificações do equipamento encontram-se em conformidade com o termo de referência aprovado no Ministério da Saúde. Na parte documentação não há pendência. **Portanto está adjudicado.**

As empresas:

Instramed Indústria Médico Hospitalar Ltda, modelo Cardiomax não atende ao descritivo do Edital no ponto: "... comando nas pás: Ajuste...". Pois o referido equipamento NÃO apresenta o comando AJUSTE nas pás.

DC Herat Desfibriladores e Sistemas Médicos Ltda, modelo Cmos Drake não atendem ao Edital no ponto: *"... comando nas pás: Ajuste....". Pois o referido equipamento NÃO apresenta o comando AJUSTE nas pás.

Pregoeiro declarou encerrado a sessão, lavrando a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por Ele, Equipe de Apoio e pela Assessoria Técnica.

Adjudicamos os lotes mencionados acima na presente data. Processo segue para Homologação.

Cachoeiro de Itapemirim, ES, 30 de janeiro de 2020.

Genivaldo Dalmazio
Pregoeiro – SCMCI