

ANEXO I
LISTA DE ITENS
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS-DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA
Nº 04/2018 – SCMCI

LOTE 01					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	01	UND	<p>Garrote Pneumático Eletrônico: Com regulador de pressão preciso, que permite a inflação e deflação rápida do manguito. Com botão de segurança que impede o movimento acidental e com limites de pressão máxima (600mmHg). Contagem regressiva com alarme. O equipamento também deve possuir botão de alívio rápido e mangueiras codificadas por cor à prova de vazamentos e com conectores de travamento positivo. Deve possuir 2 (dois) canais e também um canal extra para infusor de pressão. Deve vir com suporte de Pedestal e Cesto, de fácil transporte e estabilidade. Sem necessidade de uso de baterias ou energia elétrica, o produto é para locais com rede de ar comprimido.</p> <p>O produto deve acompanhar: 1 Manguito Simples de Tela lavável a 60°C, braço, 46 cm/ forma de contorno braço/ perna, 1 Manguito Simples de Tela lavável a 60°C, perna, 61 cm/ forma de contorno braço/ perna, 1 Manguito Simples Fino lavável a 60°C (s/ câmara), criança, 30 cm, 1 Manguito Simples Fino lavável a 60°C (s/ câmara), braço, 46 cm, 1 Manguito Simples Fino lavável a 60°C (s/ câmara), perna, 46 cm e 2 Manguitos Simples Fino lavável a 60°C (s/ câmara), perna, 86 cm</p>		
TOTAL LOTE 01					

LOTE 02					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	04	UND	<p>Transiluminador Cutâneo (Venoscópio): Confeccionado em material termoplástico e indicado para pacientes adulto/pediátrico; Utilizando LED"s de alta intensidade com a combinação da luzes (verde+vermelha) que quando projetada sobre a pele, permeia o tecido subcutâneo em até 5 mm de profundidade, destacando em tom azulado, o gás carbônico (CO2) transportado pelas veias; A imagem deve ser direita e não refletiva, tornando nulo o risco de erro de uma visualização ampliada das veias; Chave seletora para ligar e selecionar a intensidade de luz (média e alta); Hastes rotativas em 90°, que possibilita seu uso em qualquer superfície do corpo; Indicador de bateria baixa; Bateria de 9 V (Li-MH recarregáveis); Voltagem: Bivolt. Acessórios que acompanha: 01 Carregador de Bateria; 01 suporte tipo clipe para cinta, para acomodação do equipamento; 01 Par de velcro, para fixação do equipamento ao paciente. ESPECIFICAR: SIM</p>		
TOTAL LOTE 02					