

ATA DE JULGAMENTO
PROCESSO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA DE Nº. 04/2018
CONVÊNIO MS SOB Nº. 836811/2016.

A equipe da Comissão Permanente de Licitação, reuniu-se no dia 27/02/2018, para análise das propostas enviadas no período de 12/02 a 23/02/2018, referente ao processo de cotação eletrônica de nº. 04/2018, que contempla 2 (lotes) para a compra de equipamentos permanentes para o atendimento ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, localizado na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Presentes: Sr. Pregoeiro: Tonny Correa Machado e sua equipe de apoio, para análise técnica Sr. Genivaldo Dalmazio.

MAPA DE PROPOSTAS DE PREÇOS - EDITAL DE COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 04/2018							
Lote	Fornecedor	Equipamento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Aprovado TR	STATUS
1	Felipe Martins Gomes Epp	Garrote Pneumático Eletrônico	1	32.400,00	32.400,00	35.000,00	Vencedor
	R1 Equipamentos Médicos Eireli - ME			18.075,00	18.075,00		Desclassificado
	Celso Lopes Martins Eireli			36.705,00	36.705,00		
2	Hera Medical Repr. Comércio e Serv. Eireli Me	Transiluminador Cutâneo (Venoscópio):	4	1.149,00	4.596,00	5.000,00	Vencedor

Análises:

Lote 1: Garrote Pneumático Eletrônico: O processo recebeu 3 (três) propostas, sendo que em 1 (uma) foi desclassificada por não atender completo as exigências da especificação técnica, e os demais foram classificadas por estarem de forma legal ao edital e termo de referência. A empresa vencedora, por ofertar o menor preço foi o Felipe Martins Gomes Epp, portadora do CNPJ sob nº. 26.185.580/0001-22, no valor total de **R\$ 32.400,00** (trinta e dois mil, quatrocentos reais), o valor e as especificações do equipamento encontram-se em conformidade com o termo de referência aprovado no Ministério da Saúde. Na parte documentação não há pendência. **Portanto está adjudicado.**

Desclassificada:

R1 Equipamentos Médicos Eireli Me

CONCLUSÃO:

- O edital pede "contagem regressiva com alarme", o produto ofertado da marca ITS não possui contagem de tempo e nem alarme sonoro ou visual.

- O edital pede "deve possuir 2 (dois) canais e também um canal extra para infusor de pressão", o produto ofertado da marca ITS não possui este canal de infusor de pressão.

Além disso, o Catálogo e o Site não deixa claro outros pontos como: botão de alívio de pressão, botão de segurança, suporte pedestal e cesto, mas os pontos principais estão logo acima.

Lote 2: Transiluminador Cutâneo (Venoscópio): O processo recebeu 1 (uma) proposta, e foi classificada por estar de forma legal ao edital e termo de referência. A empresa vencedora, por ofertar o menor preço foi o Hera Medical Representações, Comércio e Serviços Eireli - Me, portadora do CNPJ sob nº. 28.655.764/0001-34, no valor total de **R\$ 4.596,00** (quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais), o valor e as especificações do equipamento encontram-se em conformidade com o termo de referência aprovado no Ministério da Saúde. Na parte documentação não há pendência. **Portanto está adjudicado.**

Resultados:

Parabenizo as vencedoras:

- Felipe Martins Gomes Epp - CNPJ sob nº. 26.185.580/0001-22

Valor total de **R\$ 32.400,00 (trinta e dois mil, quatrocentos reais)**

- Hera Medical Representações, Comércio e Serviços Eireli – Me - CNPJ sob nº. 28.655.764/0001-34

Valor total de **R\$ 4.596,00** (quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais).

Cachoeiro de Itapemirim, ES, 27 de fevereiro de 2018

Tonny Correa Machado

Pregoeiro - SCMCI

Processo segue para Homologação da autoridade competente.

Evaldo Praça Ferreira, homologo o processo mediante adjudicações acima.

Cachoeiro de Itapemirim, ES, 02 de março de 2018

Evaldo Praça Ferreira

Superintendente