



ATA DE JULGAMENTO
PROCESSO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA DE Nº. 08/2018

CONVÊNIO MS SOB Nº. 848317/2017.

A equipe da Comissão Permanente de Licitação, reuniu-se no dia 28/06/2018, para análise das propostas, referente ao processo de cotação eletrônica de nº. 08/2018, que contempla 3 (lotes) para a compra de equipamentos permanentes para o atendimento as necessidades do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, localizado na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Presentes: Sr. Pregoeiro: Tonny Correa Machado e sua equipe de apoio, para análise técnica Srs. Genivaldo Dalmázio (Engenharia Clínica) e Cintia Pimenta, (Enfª. Banco de Sangue).


Análises:


MAPA DE PROPOSTAS DE PREÇOS - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 08/2018							
Lote	Fornecedor	Equipamento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Aprovado:TR	STATUS
1	Instramed Indústria Médico Hospitalar Ltda	Cardioversor	5	18.500,00	92.500,00	100.000,00	Desclassificada
	MedShop Comércio de Produtos Médicos Ltda			19.990,00	99.950,00		Vencedora
2	Nova Técnica Ind e Com de Equip para Laboratório Ltda Epp	Centrífuga Refrigerada	1	85.000,00	85.000,00	90.000,00	Vencedora
3	Silveira e Silva Comércio de Produtos Hosp e Odontológicos Ltda Me	Oxímetro de Pulso	11	4.990,00	54.890,00	55.000,00	
	Alfa Med Sistemas Médicos Ltda			3.450,00	37.950,00		Desclassificada
	Transmai Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda			3.692,40	40.616,40		Vencedora
	S2 Saúde Ltda			4.038,46	44.423,06		
	Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me			5.130,00	56.430,00		

Lote 1: Cardioversor: O processo recebeu 2 (duas) propostas, sendo que 1 (uma) foi desclassificada por estar divergente termo de referência. Assim. A empresa vencedora, por ofertar o menor preço foi a MedShop Comércio de Produtos Médicos Ltda, portadora do CNPJ sob nº. 39.309.927/0001-43, no valor total de **R\$ 99.950,00** (noventa e nove mil, novecentos e cinquenta reais), o valor e as especificações do equipamento encontram-se em conformidade com o termo de referência aprovado no Ministério da Saúde. Na parte documentação não há pendência. Portanto está adjudicado.

Lote 2: Centrífuga Refrigerada: O processo recebeu 1 (uma) proposta. Assim, a empresa vencedora, por ofertar o menor preço foi a Nova Técnica Ind e Com de Equipamentos para laboratório Ltda Epp, portadora do CNPJ sob nº. 61.012.811/0001-05, no valor total de **R\$ 85.000,00** (oitenta e cinco mil reais), o valor e as especificações do equipamento encontram-se em conformidade com o termo de referência aprovado no Ministério da Saúde. Na parte documentação não há pendência. Portanto está adjudicado.

Lote 3: Oxímetro de Pulso: O processo recebeu 5 (cinco) propostas, sendo que 1 (uma) foi desclassificada por estar divergente termo de referência. Assim. A empresa vencedora, por ofertar o menor preço foi a Transmai Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda, portadora do CNPJ sob nº. 43.179.225/0001-60, no valor total de **R\$ 40.616,40** (quarenta mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta centavos), o valor e as

9. 
1



SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA CACHOEIRO

Rua Dr. Raulino de Oliveira, 67 - Centro
Cx. Postal 45 - CEP 29300-150
Cachoeiro de Itapemirim - ES
28 2101-2121 - 29 2101-2126 - 2101-2146

www.santacasacachoeiro.org.br
direcao@santacasacachoeiro.org.br

especificações do equipamento encontram-se em conformidade com o termo de referência aprovado no Ministério da Saúde. Na parte documentação não há pendência. Portanto está adjudicado.

Resultados:

Parabenizo a vencedora:

- MedShop Comércio de Produtos Médicos Ltda - CNPJ sob nº. 39.309.927/0001-43


Valor total de R\$ 99.950,00 (noventa e nove mil, novecentos e cinquenta reais).

- Nova Técnica Ind e Com de Equipamentos para laboratório Ltda Epp - CNPJ sob nº. 61.012.811/0001-05


Valor total de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

- Transmai Equip Médicos Hospitalares Ltda - CNPJ sob nº. 43.179.225/0001-60

Valor total de R\$ 40.616,40 (quarenta mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta centavos)



Cachoeiro de Itapemirim, ES, 28 de junho de 2018


Tony Correa Machado
Pregoeiro - SCMCI

Processo segue para Homologação da autoridade competente.

Evaldo Praça Ferreira, homologo o processo mediante adjudicações acima.

Cachoeiro de Itapemirim, ES, 04 de julho de 2018


Evaldo Praça Ferreira
Superintendente

Cachoeiro de Itapemirim, ES, 28 de junho de 2018.

SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ENTIDADE FILANTRÓPICA DE UTILIDADE PÚBLICA

ANÁLISE TÉCNICA.

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 08/2018
LOTE 2 – CENTRÍFUGA REFRIGERADA



ANÁLISE TÉCNICA:

O equipamento da empresa NOVA TÉCNICA IND E COM DE EQUIP PARA LABORATÓRIO LTDA EPP, atendeu por completo as exigências do edital.

CONCLUSÃO:

A empresa NOVA TÉCNICA IND E COM DE EQUIP PARA LABORATÓRIO LTDA EPP, atendeu a todos os pontos da parte técnica exigida, a sua habilitação foi aprovada. Portanto autorizo a Comissão Permanente de Licitação dar andamento e adjudicar o Lote/Item.

Ressalvo, que na entrega do equipamento, o mesmo precisa ser verificado e analisado e demonstrando que seja o mesmo cotado na licitação.

Equipamento: Centrífuga Refrigerada

Fabricante: NovaTecnica – Modelo: NT 850


Qtd: 01

Valor Total R\$: 85.000,00 (Oitenta e cinco mil reais)


Cintia C. Pimenta
Enfermeira
COREN-ES 156627-ENF

Atenciosamente,




Magno C. Coelho
Serviço de Manutenção
C. 2015

9.


Cachoeiro de Itapemirim, ES, 28 de junho de 2018.

SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ENTIDADE FILANTRÓPICA DE UTILIDADE PÚBLICA

ANÁLISE TÉCNICA.

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 08/2018
LOTE 1 – CARDIOVERSOR



ANÁLISE TÉCNICA:

O equipamento da empresa MEDSHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, atendeu por completo as exigências do edital.

CONCLUSÃO:

• A empresa MEDSHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, atendeu a todos os pontos da parte técnica exigida, a sua habilitação foi aprovada. Portanto autorizo a Comissão Permanente de Licitação dar andamento e adjudicar o Lote/Item.

Ressalvo, que na entrega do equipamento, o mesmo precisa ser verificado e analisado e demonstrando que seja o mesmo cotado na licitação.

Equipamento: Cardioversor

Fabricante: Mindray / D3

Qtd: 05

Vlr Total R\$: 99.950,00 (Noventa e nove mil, novecentos e cinquenta reais)

Atenciosamente,

Visto 


 **Magno C. Coelho**
Serviço de Licitação
Junho 2018


9.

Cachoeiro de Itapemirim, ES, 28 de junho de 2018

ANÁLISE TÉCNICA.

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 08/2018
LOTE 1 – CARDIOVERSOR



ANÁLISE TÉCNICA:

O equipamento da empresa INSTRAMED INDÚSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, não atendeu por completo as exigências do edital.

CONCLUSÃO:

Análise: Em consulta, segue pontos que não atende.

- Deve possuir dois modos de operação: manual, através de uma forma simplificada de utilização 1-2-3 (1- Seleção de carga, 2- Carregar, 3- Aplicar Descarga).

- Modo de tela invertido de alto contraste. Deve realizar também cardioversão sincronizada. Deve possuir seletor de energia com botão giratório para acionar a carga desejada e diretamente pelas pás.

- A bateria deve ser totalmente recarregada no Máximo 3 horas, no próprio aparelho. Tecla congela com revisão das curvas em até 120 seg. O tempo de duração da bateria pode ser acompanhado através da tela do aparelho, ou através de indicador de nível incorporado na própria bateria.

- Identificação automática de que tipo de pá interna conectada, neonatal ou adulto, com seleção automática de carga.

Modelo: Cardiomax
Fabricante: Instramed

Atenciosamente,

Magnó C. Coelho
Serviço de Manutenção
SANTA CASA

9.


Cachoeiro de Itapemirim, ES, 28 de junho de 2018.

SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ENTIDADE FILANTRÓPICA DE UTILIDADE PÚBLICA

ANÁLISE TÉCNICA.

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 08/2018
LOTE 3 – OXÍMETRO DE PULSO



ANÁLISE TÉCNICA:

O equipamento da empresa TRANSMAI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, atendeu por completo as exigências do edital.

CONCLUSÃO:

- A empresa TRANSMAI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, atendeu a todos os pontos da parte técnica exigida, a sua habilitação foi aprovada. Portanto autorizo a Comissão Permanente de Licitação dar andamento e adjudicar o Lote/Item. Ressalvo, que na entrega do equipamento, o mesmo precisa ser verificado e analisado e demonstrando que seja o mesmo cobrado na licitação.


Equipamento: Oxímetro de Pulso


Fabricante: Emai Transmai / MX300


Qtd: 11

Vlr Total R\$: 40.616,40 (Quarenta mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta centavos)

Atenciosamente,



**Magnó C. Coelho**
Secretaria de Manutenção
2005





SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA CACHOEIRO


Rua Dr. Raulino de Oliveira, 67 - Centro
Cx Postal 45 - CEP 29300-150
Cachoeiro de Itapemirim - ES
28.2101-2121 - 28.2101-2126 - 2101-2146

www.santacasacachoeiro.org.br
diretoria@santacasacachoeiro.org.br

Cachoeiro de Itapemirim, ES, 28 de junho de 2018

ANÁLISE TÉCNICA.

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 08/2018
LOTE 3 – OXÍMETRO DE PULSO



ANÁLISE TÉCNICA:

O equipamento da empresa Alfa Med Sistemas Médicos Ltda, não atendeu por completo as exigências do edital.

CONCLUSÃO:

Análise: Em consulta, segue pontos que não atende.

- Alfa Med Sistemas Médicos Ltda, apresentou equipamento "Monitor Multiparamétrico", conforme consulta na Anvisa, sob registro de nº. 80629370009, contrariando o objeto da licitação.

Modelo: VITA 200e
Fabricante: Alfa Med

Visto
[Handwritten signature]

Atenciosamente,

 **Magno C. Coelho**
Serviço de Manutenção
2805
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]