

Cachoeiro de Itapemirim, 13 de novembro de 2025.

A CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE.

A/C: Sra. Maristela Belotto Pelozzo.

Convênio N°: 967732/2024

Cotação Prévia de Preços N°: 003/2025

Item: Esfigmomanômetro de Pedestal

Nome do órgão: HOSPITAL DA SANTACASADEMISERICÓRDIADE CACHOEIRO

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES

CNPJ: 27.187.087/0001-04

ANÁLISE TÉCNICA:

Item ofertado atende os requisitos da Cotação Prévia de Preços N°: **003/25**

CONCLUSÃO:

O item descrito abaixo foi considerado classificado por atender o licitado.

Equipamento: Esfigmomanômetro de Pedestal

Fabricante: WENZHOU

Modelo: H200 (Pedestal)

ANVISA: 80275310022

Quantidade: 10

Atenciosamente,



Gustavo Godoi Vieira

Engenheiro Eletricista - CREA N°: ES-015918/D

Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim, 28 de novembro de 2025.

A V.S COSTA & CIA LTDA.

A/C: Sra. Regina Maria Cestari da Silva Costa.

Convênio N°: 967732/2024

Cotação Prévia de Preços N°: 003/2025

Item: ELETROCARDIÓGRAFO

Nome do órgão: HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES

CNPJ: 27.187.087/0001-04

ANÁLISE TÉCNICA:

Item ofertado não atende aos requisitos do Edital – Pregão Eletrônico N°: **003/2025**

Segue abaixo em destaque os itens em desacordo:

- Número de canais – NÃO CONFORME (Grave / Eliminatório);
- Impressão direta em A4 – NÃO CONFORME (Grave)

CONCLUSÃO:

O item descrito abaixo foi considerado desclassificado por não atender o descritivo técnico do item licitado.

Equipamento: ELETROCARDIÓGRAFO

Fabricante: CONTEC

Modelo: ECG 300G

Quantidade: 02 Unidades



Gustavo Godoi Vieira
Engenheiro Eletricista - CREA N°: ES-015918/D
Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória

Cachoeiro de Itapemirim, 28 de novembro de 2025.

A ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS.

A/C: Sra. Lediane Alves Pinheiro.

Convênio N°: 967732/2024

Cotação Prévia de Preços N°: 003/2025

Item: Eletrocardiógrafo

Nome do órgão: HOSPITAL DA SANTACASADEMISERICÓRDIADE CACHOEIRO

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES

CNPJ: 27.187.087/0001-04

ANÁLISE TÉCNICA:

Item ofertado atende os requisitos da Cotação Prévia de Preços N°: **003/25**

CONCLUSÃO:

O item descrito abaixo foi considerado classificado por atender o licitado.

Equipamento: Eletrocardiógrafo

Fabricante: ALFA MED

Modelo: RITMUS 1200

Quantidade: 02 Unidades

Atenciosamente,



Gustavo Godoi Vieira
Engenheiro Eletricista - CREAⁿ: ES-015918/D
Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim



Cachoeiro de Itapemirim, 13 de novembro de 2025.

A DORAMEL LTDA.

A/C: Sr. Alexandre de Alencar Lopes.

Convênio N°: 967732/2024

Cotação Prévia de Preços N°: 003/2025

Item: Suporte de Soro

Nome do órgão: HOSPITAL DA SANTACASADEMISERICÓRDIADE CACHOEIRO

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES

CNPJ: 27.187.087/0001-04

ANÁLISE TÉCNICA:

Item ofertado atende os requisitos da Cotação Prévia de Preços N°: **003/25**

CONCLUSÃO:

O item descrito abaixo foi considerado classificado por atender o licitado.


Equipamento: Suporte de Soro

Fabricante: HOSPITALARE

Modelo: SUP. SORO

Quantidade: 08 Unidades

Atenciosamente,



Gustavo Godói Vieira
Engenheiro Eletricista - CREA N°: ES-015918/D
Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim, 13 de novembro de 2025.

**A QUARTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATÓRIO LTDA EPP.**
A/C: Sr. Gustavo Berto.

Convênio N°: 967732/2024
Cotação Prévia de Preços N°: 003/2025
Item: Centrífuga Laboratorial

Nome do órgão: HOSPITAL DA SANTACASADEMISERICÓRDIADE CACHOEIRO
Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES
CNPJ: 27.187.087/0001-04

ANÁLISE TÉCNICA:

Item ofertado atende os requisitos da Cotação Prévia de Preços N°: **003/25**

CONCLUSÃO:

O item descrito abaixo foi considerado classificado por atender o licitado.

Equipamento: Centrífuga Laboratorial
Fabricante: NOVATECNICA
Modelo: NT810
Quantidade: 01 Unidade

Atenciosamente,



Gustavo Godoi Vieira

Engenheiro Eletricista - CREA N°: ES-015918/D
Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de dezembro de 2025.

A Bio Infinity Comercio Hospitalar e Locação Eireli
A/C: Sra. Claudia Cristina Corrêa César

Convênio N°: 967732/2024
Cotação Prévia de Preços N°: 003/2025
Item: Ventilador Pulmonar Pressométrico

Nome do órgão: HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES
CNPJ: 27.187.087/0001-04

ANÁLISE TÉCNICA:

Item ofertado não atende aos requisitos do Edital – Pregão Eletrônico N°: **003/2025**

Segue abaixo em destaque os itens em desacordo:

“[...] **Tela touchscreen colorida externa ao corpo do ventilador de no mínimo 17 polegadas** com no mínimo 4 curvas simultâneas na tela e com layout configurável.
[...]”

“[...] **Fluxo: 1 a 120 L/min** [...]”

“[...] **Índice C20/C** [...]”

CONCLUSÃO:

O item descrito abaixo foi considerado desclassificado por não atender o descritivo técnico do item licitado.

Equipamento: Ventilador Pulmonar Pressométrico

Fabricante: Bio Infinity

Modelo: Prunus Padus 6

Quantidade: 03 Unidades

Registro: 80117580997



Gustavo Godoi Vieira
Engenheiro Eletricista - CREA N°: ES-015918/D
Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de dezembro de 2025.

A JPL Importação, Exportação e Comércio de Equipamentos Médicos Hospitalares LTDA.
A/C: Sra. Glauce Elaine Anselmo Lopreti.

Convênio N°: 967732/2024
Cotação Prévia de Preços N°: 003/2025
Item: Ventilador Pulmonar Pressométrico

Nome do órgão: HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES
CNPJ: 27.187.087/0001-04

ANÁLISE TÉCNICA:

Item ofertado não atende aos requisitos do Edital – Pregão Eletrônico N°: **003/2025**

Segue abaixo em destaque os itens em desacordo:

“[...] Mangueiras para conexão de oxigênio e **ar comprimido.** [...]”

“[...] Possibilidade de recursos avançados como **NAVA, SmartCare, PAV+, ASV, AVA** ou aplicativo de protocolo de avaliação, recrutamento e titulação de PEEP por mecânica ventilatória. [...]”

“[...] Monitorização da FIO2 por sensor eletroquímico, paramagnético ou ultrassônico. Sensor de fluxo com filamento aquecido ou ultrassônico ou **sensor mecânico de área variável proximal ao paciente.** [...]”

“[...] com no mínimo **4 curvas** simultâneas na tela e com layout configurável. [...]”

“[...] **Monitorização da Pressão Transpulmonar;** [...]”

“[...] **Nebulização eletrônica** [...]”

CONCLUSÃO:

O item descrito abaixo foi considerado desclassificado por não atender o descritivo técnico do item licitado.

Equipamento: Ventilador Pulmonar Pressométrico
Fabricante: WORLD LIFE
Modelo: IHOPE PLUS
Quantidade: 03 Unidades
Registro: 808884260009



Gustavo Godoi Vieira
Engenheiro Eletricista - CREA N°: ES-015918/D
Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de dezembro de 2025.

A Magnamed Tecnologia Médica S/A

A/C: Srs. Paulo Henrique Fernandes Spolaor e Tiago Veiga Vieira de Souza

Convênio N°: 967732/2024

Cotação Prévia de Preços N°: 003/2025

Item: Ventilador Pulmonar Pressométrico

Nome do órgão: HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES

CNPJ: 27.187.087/0001-04

ANÁLISE TÉCNICA:

Item ofertado não atende aos requisitos do Edital – Pregão Eletrônico N°: **003/2025**

Segue abaixo em destaque os itens em desacordo:

“[...] **Tela touchscreen colorida externa ao corpo do ventilador de no mínimo 17 polegadas** com no mínimo 4 curvas simultâneas na tela e com layout configurável. [...]”

“[...] Possibilidade de recursos avançados como **NAVA, SmartCare, PAV+, ASV, AVA ou aplicativo de protocolo de avaliação, recrutamento** e titulação de PEEP por mecânica ventilatória. [...]”

CONCLUSÃO:

O item descrito abaixo foi considerado desclassificado por não atender o descritivo técnico do item licitado.

Equipamento: Ventilador Pulmonar Pressométrico

Fabricante: Magnamed

Modelo: Fleximag Max 500

Quantidade: 03 Unidades

Registro: 80659160005



Gustavo Godoi Vieira
Engenheiro Eletricista - CREA N°: ES-015918/D
Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de dezembro de 2025.

A Tecme do Brasil Comércio e Importação Ltda
A/C: Sra. Pâmela Nunes Rosado Giamarino

Convênio N°: 967732/2024
Cotação Prévia de Preços N°: 003/2025
Item: Ventilador Pulmonar Pressométrico

Nome do órgão: HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES
CNPJ: 27.187.087/0001-04

ANÁLISE TÉCNICA:

Item ofertado não atende aos requisitos do Edital – Pregão Eletrônico N°: **003/2025**

Segue abaixo em destaque os itens em desacordo:

“[...] **Sensor de fluxo com filamento aquecido ou ultrassônico ou sensor mecânico de área variável proximal ao paciente** [...]”

“[...] **05 sensores de fluxo** [...]”

CONCLUSÃO:

O item descrito abaixo foi considerado desclassificado por não atender o descritivo técnico do item licitado.

Equipamento: Ventilador Pulmonar Pressométrico
Fabricante: Tecme
Modelo: Brina
Quantidade: 03 Unidades
Registro: 80279421100



Gustavo Godoi Vieira
Engenheiro Eletricista - CREA N°: ES-015918/D
Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de dezembro de 2025.

A NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.

A/C: Sr. Tetsuya Deyama.

Convênio N°: 967732/2024

Cotação Prévia de Preços N°: 003/2025

Item: Ventilador Pulmonar Pressométrico

Nome do órgão: HOSPITAL DA SANTACASADEMISERICÓRDIADE CACHOEIRO

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES

CNPJ: 27.187.087/0001-04

ANÁLISE TÉCNICA:

Item ofertado atende os requisitos da Cotação Prévia de Preços N°: **003/25**

CONCLUSÃO:

O item descrito abaixo foi considerado classificado por atender o licitado.

Equipamento: Ventilador Pulmonar Pressométrico

Fabricante: NIHON KOHDEN

Modelo: NKV-550

Quantidade: 03 Unidades

Registro: 80914690040



Gustavo Godoi Vieira
Engenheiro Eletricista - CREAⁿ: ES-015918/D
Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim



Cachoeiro de Itapemirim, 13 de novembro de 2025.

A TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA.

A/C: Sr. Tiago Cristiano Czarnecki.

Convênio N°: 967732/2024

Cotação Prévia de Preços N°: 003/2025

Item: Carro de Emergência

Nome do órgão: HOSPITAL DA SANTACASADE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES

CNPJ: 27.187.087/0001-04

ANÁLISE TÉCNICA:

Item ofertado atende os requisitos da Cotação Prévia de Preços N°: **003/25**

CONCLUSÃO:

O item descrito abaixo foi considerado classificado por atender o licitado.

Equipamento: Carro de Emergência


Fabricante: ALP

Modelo: ERCE

ANVISA: 83000080004

Quantidade: 02 Unidade

Atenciosamente,


Gustavo Godoi Vieira
Engenheiro Eletricista - CREA N°: ES-015918/D
Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim, 19 de novembro de 2025.

A S2 Saúde Ltda.

A/C: Sr. Rogério Madureira Rodrigues.

Convênio N°: 967732/2024

Cotação Prévia de Preços N°: 003/2025

Item: BISTURI ELÉTRICO (A PARTIR DE 151 W)

Nome do órgão: HOSPITAL DA SANTACASADEMISERICÓRDIACACHOEIRO

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES

CNPJ: 27.187.087/0001-04

ANÁLISE TÉCNICA:

Item ofertado atende os requisitos da Cotação Prévia de Preços N°: **003/25**

CONCLUSÃO:

O item descrito abaixo foi considerado classificado por atender o descritivo técnico do item licitado.

Equipamento: BISTURI ELÉTRICO

Fabricante: Deltronix

Modelo: TC 300 PRECISION

Quantidade: 01

Atenciosamente,



Gustavo Godoi Vieira
Engenheiro Eletricista - CREAⁿ: ES-015918/D
Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim, 03 de novembro de 2025.

A Marte Científica & Instrumentação Industrial Ltda.

A/C: Sra. Marcia Salles.

Convênio N°: 967732/2024

Cotação Prévia de Preços N°: 003/2025

Item: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS

Nome do órgão: HOSPITAL DA SANTACASADEMISERICÓRDIACACHOEIRO

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES

CNPJ: 27.187.087/0001-04

ANÁLISE TÉCNICA:

Item ofertado atende os requisitos da Cotação Prévia de Preços N°: **003/25**

CONCLUSÃO:

O item descrito abaixo foi considerado classificado por atender o descritivo técnico do item licitado.

Equipamento: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS

Fabricante: Marte

Modelo: Sistema de Pesagem PP LS300

Quantidade: 01

Atenciosamente,



Gustavo Godoi Vieira

Engenheiro Eletricista - CREA N°: ES-015918/D

Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim, 03 de novembro de 2025.

A Marte Científica & Instrumentação Industrial Ltda.

A/C: Sra. Marcia Salles.

Convênio N°: 967732/2024

Cotação Prévia de Preços N°: 003/2025

Item: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO

Nome do órgão: HOSPITAL DA SANTACASADEMISERICÓRDIADE CACHOEIRO

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES

CNPJ: 27.187.087/0001-04

ANÁLISE TÉCNICA:

Item ofertado atende os requisitos da Cotação Prévia de Preços N°: **003/25**

CONCLUSÃO:

O item descrito abaixo foi considerado classificado por atender o descritivo técnico do item licitado.

Equipamento: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO

Fabricante: Marte

Modelo: MEDI - 110

Quantidade: 02

Atenciosamente,



Gustavo Godoi Vieira
Engenheiro Eletricista - CREA N°: ES-015918/D
Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de novembro de 2025.

A Máxima Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos Ltda.
A/C: Sr. Luidy de Moraes Ladeira.

Convênio N°: 967732/2024

Cotação Prévia de Preços N°: 003/2025

Item: AUTOCLAVE VERTICAL

Nome do órgão: HOSPITAL DA SANTACASADEMISERICÓRDIADE CACHOEIRO

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES

CNPJ: 27.187.087/0001-04

ANÁLISE TÉCNICA:

Item ofertado atende os requisitos da Cotação Prévia de Preços N°: **003/25**

CONCLUSÃO:

O item descrito abaixo foi considerado classificado por atender o descritivo técnico do item licitado.

Equipamento: AUTOCLAVE VERTICAL

Fabricante: Prismatec

Modelo: CS-A 100 - DIGITAL

Quantidade: 01

Atenciosamente,



Gustavo Godoi Vieira
Engenheiro Eletricista - CREA N°: ES-015918/D
Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim, 27 de novembro de 2025.

A TCJM Distribuidora e Importadora Ltda.
A/C: Sr. Tiago Cristiano Czarnecki.

Convênio N°: 967732/2024
Cotação Prévia de Preços N°: 003/2025
Item: Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica

Nome do órgão: HOSPITAL DA SANTACASADEMISERICÓRDIADE CACHOEIRO
Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES
CNPJ: 27.187.087/0001-04

ANÁLISE TÉCNICA:

Item ofertado atende os requisitos da Cotação Prévia de Preços N°: **003/25.**

CONCLUSÃO:


O item descrito abaixo foi considerado classificado por atender o licitado.

Equipamento: Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica
Fabricante: VITAL SCHEFFER
Modelo: CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA 3 MOVIMENTOS LUXO - ALP
ANVISA: 83000080003
Quantidade: 08 Unidades

Atenciosamente,



Gustavo Godoi Vieira
Engenheiro Eletricista - CREA N°: ES-015918/D
Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim



Cachoeiro de Itapemirim, 13 de novembro de 2025.

A PSM Equipamentos Médicos Ltda.

A/C: Sr. Paulo Sérgio Masiero.

Convênio N°: 967732/2024

Cotação Prévia de Preços N°: 003/2025

Item: Homogeneizador de Bolsa de Sangue

Nome do órgão: HOSPITAL DA SANTACASADE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES

CNPJ: 27.187.087/0001-04

ANÁLISE TÉCNICA:

Item ofertado atende os requisitos da Cotação Prévia de Preços N°: **003/25**

CONCLUSÃO:

O item descrito abaixo foi considerado classificado por atender o licitado.

Equipamento: Homogeneizador de Bolsa de Sangue

Fabricante: INBRÁS

Modelo: HBS 470 - 3D

ANVISA: 80929400006

Quantidade: 02

Atenciosamente,



Gustavo Godoi Vieira

Engenheiro Eletricista - CREA: ES-015918/D

Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim