

À
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - SCMCI
Rua Dr. Raulino de Oliveira, n.º 67, Centro, Cachoeiro de Itapemirim/ES.

AT.: Sr(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio.

REF.: **Cotação Prévia de Preços:** 003/2025.
Convênio: 967732/2024 - MS/SCMCI.
Data de Abertura: 11/09/2025, até às 23:59.
Objeto: Aquisição de equipamento e material permanente para atender a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

A empresa **Arjo Brasil Equipamentos Médicos Ltda**, inscrita no CNPJ sob o n.º 28.997.632/0001-90, sediada na Av. Piraíba, nº 352, Sala 18, Centro Comercial Jubran, Barueri/SP, CEP: 06460-121, Inscrição Estadual: 152.131.668.110, por meio de sua procuradora infra-assinada, encaminha, pelo presente, proposta comercial para o objeto deste certame.

Lote/Item	Unid	Qtde	Descrição	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
6	UND	08	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA	MATTECARE - M420-18T	R\$ 16.500,00	R\$ 132.000,00

Cama Hospitalar M420 18T



Cama para hospital elétrica, modelo Mattercare. Possui uma estrutura de aço com um acabamento revestido com pintura epóxi com tratamento antiferruginoso. Os componentes plásticos da cama são feitos de uretano, polipropileno e náilon POM, ABS e plástico HDPE. Possui Carga de Trabalho Segura (SWL) 250Kg. Freio possui 3 posições: totalmente livre, totalmente bloqueado e direcional travando 1 dos rodízios (antiestático) para auxiliar na manobrabilidade da cama em linha reta/corredores. Possui controle remoto de enfermagem/paciente à fio. A cama possui sistema de bloqueio para os controles tanto externos quanto internos (destinados ao paciente). O respaldo é constituído por quatro seções removíveis de ABS. As grades laterais, peseira e cabeceira são fabricadas em polipropileno. Seu encosto é retrátil. Liberação rápida do encosto de forma manual no caso de CPR/PCR. Permite a elevação manual de pé e panturrilha. Possui ganchos para bolsas de urina e trilho para cinta em ambos os lados da cama. Possui 4 soquetes para suportes de soro e outros acessórios. Possui retentor de colchão com contornos suaves. A cabeceira e a peseira são leves e removíveis. Possui 4 amortecedores de parede giratórios constituídos de poliuretano localizados na cabeceira e na peseira. Seu comprimento geral é de 218 cm. E largura geral de 100 cm. O respaldo/encosto possui ajuste entre 0° e 70°. Possui ajuste do ângulo da dobra do joelho de 35°. O tamanho recomendado do colchão é de largura de 87 cm, comprimento de 198 cm e altura entre 10 e 15 cm. Bivolt automático (Potência elétrica 100-240V ~ 50/60Hz Máx 3,9ª). O equipamento é alimentado internamente (somente backup por bateria). Peso do produto 138kg. Construída para cumprir todas às Normas Internacionais IEC 60601-1 e IEC 60601-2-52: 2012. Proteção IPX4 contra entrada de líquidos.

- Rodízios simples ou duplos de 125mm ou 150mm com travamento central único/travamento total ou individual com dois ou quatro pedais de ambos os lados para acionamento dos freios localizados na peseira da cama.
- Grades laterais com comprimento total ou de $\frac{3}{4}$ das laterais.
- Variação de altura da plataforma entre 40.0cm / 41.5cm / 44.0cm a 82,5cm a 72cm / 73.5cm / 75cm.
- Possui opcional de travas na peseira.
- Possui opcional Luz noturna.
- Possui opcional de 5ª roda para melhor direcionamento.
- Possui opcional de CPR Elétrico.
- Possui opcional de movimento elétrico de trendelemburg e trendelemburg reverso com ângulo de inclinação de 0° a 12°.

Acompanhará colchão hospitalar D33 modelo NB. Material da espuma constituído de poliuretano. Densidade de 33kg/m³. Não há nenhum produto composto de látex em sua fabricação. Material da capa em Napa (courvin). Capacidade de peso de 120kg. Interface da superfície da espuma lisa. Impermeável, anti-chama, antimicrobiano/bacterida (ácaros, bactérias, fungo e mofo), acabamento em zíper sem respiro c/ ilhós. Comprimento de 1,98m X largura 0,87m X altura 0,15m.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IMAGEM	QTD
Mattercare	Cama para hospital com movimentos elétricos, construída em aço, coberta com pintura eletrostática.		8
Colchão Nacional	Colchão Nacional		8



MARCA/FABRICANTE: ARJO/ CARETEK (CHINA) MEDICAL PLC
MODELO: MATTERCARE - M420-18T
ORIGEM/PROCEDÊNCIA: CHINA, REPÚBLICA POPULAR
REGISTRO ANVISA: 81695960036

Valor Unitário do Lote/Item 6:	R\$ 16.500,00 (dezesesseis mil e quinhentos reais)
Valor Global da Proposta:	R\$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais)

Condições gerais de fornecimento:	
Validade da Proposta:	30 (trinta) dias, contados do seu envio.
Prazo e Local de Entrega:	30 (trinta) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento, na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, ocorrendo por conta da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, frete, pedágios, impostos, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, etc, decorrentes da prestação do serviço.
Prazo de Pagamento:	30 (trinta) dias úteis, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal/fatura.
Prazo de Garantia:	12 (doze) meses após a entrega ou instalação.
Declaração:	Declara que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.
Declaração:	Declara que o equipamento ofertado acompanha manual de instruções de uso em português.
Indicação do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponíveis, para a realização do objeto da presente licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos:	Técnicos Victor Barreto e Carlos Oliveira; e serão utilizados os aparelhos necessários para o reparo do dispositivo.
Dados Bancários:	Banco do Brasil (001), Agência 6807-1 e Conta Corrente 44492-8
Assistência Técnica Autorizada:	MASTER MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. CNPJ: 29.475.673/0001-80 Rua Nerval de Gouvea, 131, Loja B, Quinto Bocaiuva, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21311-325 Tel.: (21) 3283-3597.
Dados do Representante Legal e responsável pela assinatura do contrato:	Nome: Keli C. Barris; Endereço: Av. Piraíba, nº 352, Sala 18, Centro Comercial Jubran - Barueri/SP, CEP: 06460-121; CPF/MF: 216.747.088-66; Cargo/Função: Procuradora; Cart. Ident: 42.195.190-4 SSP-SP; Naturalidade: São Paulo; Nacionalidade: Brasileira; Telefone: (11) 97243-7960; E-mail para contato: keli.barris@arjo.com ; proposta@crlicitar.com.br .

Atenciosamente,

São Paulo - SP, 11 de setembro de 2025.

Arjo Brasil Equipamentos Médicos Ltda
E-mail: proposta@crlicitar.com.br | keli.barris@arjo.com
Tarsila de Andrade Bernardo
RG: 39.628.201-5 SSP-SP | CPF: 236.238.558-20
Procuradora

