

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
COTAÇÃO PRÉVIA Nº 003/2025
CONVÊNIO Nº 967732/2024

PROPOSTA COMERCIAL

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

Barrfab Ind. Com. Importação e Exportação De Equipamentos Hospitalares Ltda.

Rua Mário Ely, 271, Cinquentenário, Farroupilha, RS – 95174-320.

E-mail: licitar01@barrfab.com.br

Telefone 054 2628.8800 Fax 054 2628.8802

CNPJ 02.836.248/0001-12 IE 045.008/3934

Representante legal da empresa Barrfab: Sr. Arion José Barretti, diretor geral, brasileiro, casado, sob o ID: 9028774611 / CPF: 551.331.690-00, residente e domiciliado à cidade de Farroupilha / RS.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 0486-3 / CONTA: 57622-0 / Farroupilha.

2. DA PROPOSTA:

Vimos apresentar por intermédio desta, a nossa proposta para fornecimento de **BISTURI ELETRÔNICO** pela presente formulamos a Proposta Comercial para o fornecimento de materiais com todas as condições de **EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº 002/2025** e seus anexos, salientando que os materiais abaixo cotados atendem integralmente as condições de qualidade exigidas.

3. Declaramos que nossos preços são absolutamente líquidos, e também estão inclusos todos os tributos, custos, fretes, impostos, taxas, encargos trabalhistas e previdenciários, despesas diretas ou indiretas decorrentes da entrega e aquisição dos produtos bem como instalação, treinamento e manutenção; todos estão serão considerados inclusos na proposta.

4. ENTREGA: O prazo de entrega dos equipamentos será de 30 (trinta) dias após o recebimento da autorização de fornecimento, na Rua Dr. Raulino de Oliveira, nº 67, Centro, Cachoeiro do Itapemirim/ES, ou em outro local que a SCMCI indicar.

5. PRAZO DE GARANTIA: O prazo de entrega dos equipamentos será de 12 (doze) meses, contra quaisquer defeitos de fabricação.

6. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 0486-3 / CONTA: 57622-0 / Farroupilha.

7. PRAZO DE PAGAMENTO: O prazo de pagamento dos equipamentos será de 30 (trinta) dias após o recebimento da autorização de fornecimento, mediante apresentação da respectiva nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor competente, de acordo com as exigências administrativas em vigor.

8. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta será de 30 (trinta) dias, contados do seu envio.

9. ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO: Declaramos que a assistência técnica, instalação e treinamento serão prestados conforme condições do edital pelos profissionais autorizados e capacitados da empresa: UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA, CNPJ: 01.955.600/0001-76, Rua Sertório Franco, nº. 38. Antônio Honório, Vitória – ES. CEP: 29070-835, FONE: (27) 2121-0750.

10. PROPOSTA COMERCIAL:

ITEM	QTDE	MARCA/ FABRICANTE: BARRFAB MODELO: BISTURI LE3 Registro na ANVISA: 80009860012 NCM 9402.90.10 PROCEDÊNCIA NACIONAL/CAIXA DE MADEIRA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
------	------	---	----------------------------	----------------------

01	01 UN	Bisturi eletrônico multifuncional para todos os procedimentos de centro cirúrgico, inclusive de alta complexidade, sem restrições. Microprocessado com refrigeração por convecção para reduzir/evitar o acúmulo de pó e resíduos no interior do equipamento promovido por ventiladores/coolers. Indicação digital da potência em Watts, através de mostradores independentes em led, para todos os modos de operação; que permite o ajuste distinto de todas as funções e permite ajuste digital da potência com precisão de 01 Watt para os modos de operação e em especialmente ajuste com precisão de 0,5 Watt para o modo Microbipolar, através de toque na touch switch no painel e através da caneta de comando manual (função Remote) e pelos pedais para modo bipolar (Remote Bipolar). Nesta técnica é possível ajustar em CINCO MODOS, o que permite o usuário utilizar o produto médico de maneira mais eficiente para cada tipo de situação. Possui 10 posições de memória editáveis e recuperáveis para os valores ajustados pelos usuários. E além disso, para facilitar seu uso, apresenta em seu painel frontal a função de memorização digital SAVE E LOAD, que permite salvar na memória do Bisturi Eletrônico Microprocessado os parâmetros escolhidos e utiliza-lo para um próximo procedimento sem a necessidade de reprogramação, de forma não-volátil (mantida mesmo após desligar o aparelho). Possuem sistema de controle de impedância (CURVA CONTROLADA), que garante que a potência selecionada se mantenha constante em qualquer tecido ou tipo de eletrodo, garantindo máxima eficiência em todos os procedimentos cirúrgicos, sem restrição. Monitora a resistência/contato da placa-paciente adesiva (dividida) com indicação visual da qualidade do contato através de display gráfico localizado (bargraph) no painel frontal e seleção automática do sistema de monitoração conforme o tipo de placa conectada (comum/inóx ou bipartida), através de um único cabo. Permite o acionamento das funções eletrocirúrgicas monopolares através de dois pedais duplos (corte e coagulação) ou permite acionamento simultâneo de 02 canetas de comando manual. Permite ainda, a operação do modo bipolar através de pedal independente e de forma automática (dispensa seleção bipolar manualmente). Permite ainda, acionamento por dois cirurgões simultaneamente na coagulação. Conta com corte pulsado para intervenções endoscópicas que requerem alternadamente o corte e a coagulação.	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00
----	-------	---	------------------	------------------

		Possui sistema de controle da potência no início do corte de acordo com a resistência do tecido, permitindo uso de potência menor ao longo do procedimento. POTENCIAS MAXIMAS PARA CADA FUNÇÃO ELETROCIURGICA: 1. Corte Puro: incremento de 1 watt em toda a faixa até 300 watts 2. Blend 1: incremento de 1 watt em toda a faixa até 250 Watts 3. Blend 2: incremento de 1 watt em toda a faixa até 200 Watts 4. Blend 3: incremento de 1 watt em toda a faixa até 150 Watts 5. Corte Barrfab: incremento de 1 watt em toda faixa até 100 watts 6. Spray: incremento de 1 watt em toda a faixa até 120 watts 7. Fulgurate High: incremento de 1 watt em toda a faixa até 120 watts 8. Fulgurate Low: incremento de 1 watt em toda a faixa até 120 watts 9. Desiccate: incremento de 1 watt em toda a faixa até 180 Watts 10. Soft: incremento de 1 watt em toda a faixa até 120 Watts 11. Bipolar: incremento de 1 watt em toda a faixa até 200 Watts 12. Micro Bipolar: incremento de 0,5 watt em toda a faixa até 100 Watts 13. BARRFAB: incremento de 1 watt em toda a faixa até 100 Watts 14. Macro Bipolar: incremento de 1 watt em toda a faixa até 250 Watts 15. Bipolar Cut: incremento de 1 watt em toda a faixa até 250 Watts Permite conexão com coagulador por plas de argônio mantendo todas as funções convencionais do bisturi elétrico. Seleção automática de voltagem de acordo com a rede elétrica (127/220VAC), podendo ser ligado em qualquer tomada cuja voltagem da rede elétrica esteja entre 100-240VAC – reduzindo o risco de danos causados por conexão indevida à rede elétrica. Todos os cabos possuem conectores isolados que não permitem a conexão em saídas trocadas e que garantem - em caso de desconexão inadvertida do respectivo acessório - que o pino energizado não entre em contato direto com o paciente (proteção contra acidentes que possam causar queimaduras – conforme prescrição de segurança da Norma IEC 60601-2-2). ACESSÓRIOS: 01 Carro de transporte,, 01 pedal monopolar, 01 pedal bipolar, 05 canetas descartáveis, 05		
--	--	---	--	--

		placas adesivas, 01 cabo de placa adesivas, 01 cabo de força.		
--	--	---	--	--

VALOR UNITÁRIO: R\$ 32.000,00 (Trinta e dois mil reais).

VALOR TOTAL: R\$ 32.000,00 (Trinta e dois mil reais).

11. Sistema de gestão da qualidade:

ABNT NBR ISO 9001 – Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos;
ABNT NBR ISO 13485 – Produtos para a Saúde - Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos para fins regulamentares;
Boas Práticas de Fabricação;
Certificação do Produto:
Portaria Inmetro – Certificação Compulsória dos equipamentos elétricos sob o Regime de Vigilância Sanitária;
ABNT NBR IEC 60601-1 – Equipamento Eletromédico – Parte 1 – Requisitos Gerais sob o Regime de Vigilância Sanitária;
ABNT NBR IEC 60601-1-2 – Norma Colateral: Compatibilidade Eletromagnética – Requisitos e Ensaio;
ABNT NBR IEC 60601-1-2-4 – Norma Colateral: Sistemas Eletromédico Programáveis;
ABNT NBR IEC 60601-1-2-46 – Requisitos particulares para segurança básica e desempenho essencial de mesas de operação.
Marcação CE – Diretiva Europeia
FDA – (Estados Unidos)

12. Declaramos que todos os equipamentos ofertados são novos e sem uso anterior, fabricados com material de alta qualidade.

13. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

14. Declaramos o aceite e a concordância plena de todos os termos e seus Anexos e temos total conhecimento de todas as condições neles contidas.

15. Declaramos, ainda, que NÃO estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Farroupilha, 11 de setembro de 2025.

ARION JOSÉ BARRETTI
DIRETOR GERAL

ID: 9028774611 / CPF: 551.331.690-00