

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO
 ATENCIOSAMENTE, DEPT. LICITAÇÃO
 COTAÇÃO PREVIA DE PREÇOS 003/2025 || CONVÊNIO N° 967732/2024
 DATA ABERTURA: 11/09/2025 || 17:00

DATA: 11/09/2025
 VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
 PREVISÃO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS
 FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO BANCÁRIO
 CONTA: Banco do Brasil S/A | AGENCIA: 1472-9 | C/C: 29687-2
 PAGAMENTO: 30 DIAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA	UND.	QUANT.	MARCA	P. UNIT.	P. TOTAL
5	AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL 100 LITROS Autoclave Vertical CS-A 100 Litros é utilizada para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios clínicos, bioquímicos, entre outros. Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas. Manipulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor. Resistência elétrica de imersão em níquel cromo blindado em tudos de cobre cromado. Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 Kgf/cm² e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C. Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurado para permitir a circulação do vapor, garantindo a qualidade na esterilização. Gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Painel inteiramente informativo, com botão liga/desliga, teclas de controle de temperatura e tempo de esterilização, display construído com componentes de qualidade e funcionamento através de microcontrolador. Comando com desenvolvimento confiável, que permite selecionar a temperatura de trabalho e o tempo de esterilização de diversos materiais possibilitando a flexibilidade ao usuário. Registro esfera para limpeza e drenagem da água. Válvula de Alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA. Pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm², correspondente a 127°C. Dimensões externas: (LxPxA) 61 x 66 x 138 cm Dimensões internas: (D x A) 40 x 80 cm Voltagem: 220 v. Registro anvisa 80105530003 Potencia: 4000 Watts Registro anvisa 80105530004	UND	1	PRISMATEC Modelo: CS-A 100 DIGITAL MS: 80105530004	23.998,98	23.998,98
Valor total da proposta:					R\$ 23.998,98	
Vinte e três mil e novecentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos						

Concordamos com toda as cláusulas do presente edital. Todos os encargos e despesas já estão inclusos nos valores. O objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no termo de referência.

Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do Edital e Anexos, relativos à licitação supra.

Declara, sob as penas da lei, que tem condições de fornecer a quantidade estabelecida no prazo assinalado, independentemente dos demais compromissos de fornecimento porventura existentes, bem como que fornecerá o material de acordo com as especificações técnicas, respeitando as condições de embalagens, prazos de validade, requisitos específicos, enfim todas as especificações.

Dados do Responsável pela Assinatura do Contrato:


Nome Completo: Luidy de Moraes Ladeira

Cargo: Sócio administrador

RG: 8.772.994-0 CPF: 042.999.099-50

Email: atas_adesoos@licitacoes.londrina.br e/ou maximadental@licitacoes.londrina.br

• CONTATO PARA TODOS OS ASSUNTOS RELACIONADOS A ESSE PREGÃO, E-MAIL: maximadental@licitacoes.londrina.br e/ou licitacao@licitacoes.londrina.br

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Luidy de Moraes Ladeira", is positioned above a horizontal line.

LUIDY DE MORAIS LADEIRA
CPF: 042.999.099-50
RG: 8.772.994-0