

RETIFICAÇÃO Nº 01
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025

A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, neste ato representada por sua **Comissão Permanente de Licitação**, torna pública a **1ª Retificação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 018/2025**, nos termos a seguir:

Onde se lê:

Item 1.1.1 – Detalhamento

Item	Descrição	Quantidade Total (Un)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	Detector Digital (DR) com estação de trabalho	01	104.333,33	104.333,33

Item 01 – DETECTOR DIGITAL (DR)

(especificações conforme redação original do edital)

Leia-se:

Item 1.1.1 – Detalhamento

Item	Descrição	Quantidade Total (Un)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	Detector Digital (DR) com estação de trabalho	01	104.333,33	104.333,33

Item 01 – DETECTOR DIGITAL (DR)

- Tipo: Detector digital de estado sólido (Flat Panel).
- Conexão: Sem fio entre painel digital e console de aquisição.
- Compatibilidade: Adaptável aos equipamentos de raios-X fixos analógicos existentes na instituição, sem necessidade de alterações físicas.
- Uso: Exames de rotina e emergência em pacientes adultos e pediátricos, na mesa e no mural Bucky.
- Tipo: Estado sólido, Flat Panel com TFT de silício amorfo com Iodeto de Césio (CsI) ou TFT de Selênio Amorfo.
- Sistema: Bivolt automático (110V/220V), frequência de 50Hz ou 60Hz.
- Baterias: Duas ou mais, com autonomia mínima de 5 horas cada.
- Carregador: Capacidade de carregar, no mínimo, duas baterias simultaneamente.
- Inserção: Compatível com bandeja do Bucky mesa e Bucky mural; possibilidade de exames fora do Bucky.
- Área ativa mínima: 34 x 42 cm.
- Peso máximo: 3,5 kg (com bateria).
- Resolução mínima: 2500 x 3000 pixels; pixel máximo 140 µm.
- Conversor A/D: No mínimo 16 bits.
- Capacidade de carga distribuída: Mínimo de 150 kg.



- Tempo de exibição da imagem pós-processada: máximo 5 segundos.
 - Invólucro: Alumínio e/ou fibra de carbono.
 - Proteção: Contra água e poeira, IP54 ou superior.
 - Compatibilidade: Estação de trabalho APOLO D VMI existente.
 - Processador: Core i5 ou superior.
 - Armazenamento: SSD de 1TB ou superior.
 - Memória RAM: Mínimo de 16GB.
 - Sistema Operacional: Windows Professional.
 - Monitor: Tela de, no mínimo, 23 polegadas.
 - Capacidade de armazenamento: No mínimo 50.000 imagens.
 - Idioma: Totalmente em Português (BR).
- Funcionalidades obrigatórias:
- Exibir status de conexão com PACS e Impressora DICOM na tela inicial.
 - Inserção de dados de pacientes manual, via Worklist ou importação de Excel.
 - Realização de exames de emergência sem cadastro prévio.
 - Ferramentas de medidas lineares, angulações, zoom localizado e zoom total.
 - Ajustes de brilho/contraste via atalho no mouse.
 - Ferramentas de espelhamento, giros de 90° e ajuste ao tamanho da janela.
 - Função Stitching (emenda de imagens) para exames panorâmicos (coluna total, escanometria).
 - Edição de imagens já realizadas e movimentação entre pastas/exames.
 - Pacote DICOM 3.0 com: Print, Storage e Modality Worklist.
- Demais requisitos:
- Todas as funções deverão constar no manual do produto registrado na ANVISA, em português.
 - Inclusão de todos os cabos, conectores, dispositivos e softwares necessários.
 - Manual de operação em português.
 - Registro na ANVISA.
 - Instalação e treinamento inclusos.
 - Carta de exclusividade do fabricante.
 - Certificado de conformidade do fabricante – Detector Digital de Imagem

As demais disposições do Edital permanecem inalteradas.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 12 de novembro de 2025.



Aline Demian Alvarez
Pregoeira

Comissão Permanente de Licitação
Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim/ES